

Lublin, 30.11.2021r.

KOMUNIKAT NR 4

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77717) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuka, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, **niniejszym publikujemy komunikat nr 4 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o potwierdzenie, czy oferta może zostać złożona z podpisem elektronicznym na wskazany w zapytaniu adres e-mail?	<i>Wyjaśnienie: TAK.</i>
2	Czy oświadczenie o poufności stanowiące załącznik nr 2, który został już złożony celem otrzymania pełnego opisu przedmiotu zamówienia, należy ponownie załączyć do oferty?	<i>Wyjaśnienie: Nie jest konieczne ponowne załączanie Oświadczenia o poufności.</i>
3	Czy treść gwarancji bankowej może zostać uzgodniona na etapie podpisywania umowy i przedłożona zamawiającemu do akceptacji?	<i>Wyjaśnienie: Wzory gwarancji bankowych stanowią załącznik do zapytania ofertowego, dopuszczalne jest uzgodnienie treści gwarancji z uwzględnieniem standardów danego banku, jednakże, nie w zakresie ich istotnych elementów.</i>
4	Dotyczy 5.24. Proszę wyjaśnić, czy wymagana jest tylko dostępność połączenia internetowego/LAN, czy też wymagane jest również oprogramowanie do zdalnego monitorowania.	5.24 Urządzenie ma posiadać złącze internetowe pozwalające na zdalny monitoring procesu lub wyjście LAN. <i>Wyjaśnienie: wymagane również oprogramowanie.</i>
5	Dotyczy 9.2. Proszę wyjaśnić, czy wymóg języka polskiego dotyczy tylko instrukcji obsługi i konserwacji, czy dotyczy również dokumentacji pobocznej wymienionej w punktach 9.2.1 do 9.2.11.	<i>Wyjaśnienie: wymóg dotyczy całej dokumentacji, dokumenty źródłowe – np. certyfikaty mają być przetłumaczone na j. polski</i>



6	Dotyczy 9.10. Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie jest związane z dostępnością serwisu i części zamiennych.	9.10 Po okresie gwarancji wymagane minimum 5 lat wsparcia serwisowego. <i>Wyjaśnienie: Tak – wymagamy dostępności serwisu i części zamiennych</i>
7	Proszę o wyjaśnienie metody podgrzewania sterylizatora: zamierzamy zasilać go zewnętrznym źródłem czystej pary.	<i>Wyjaśnienie: Sterylizator bez wytwornicy pary - para czysta pochodzi z instalacji centralnej.</i>
8	Proszę o wyjaśnienie czy urządzenie jest jednodrzwiowe czy dwudrzwiowy (konstrukcja przechodnia).	<i>Wyjaśnienie: model jednodrzwiowy</i>
9	Prosimy o podanie terminu w okresie obowiązywania gwarancji należytego wykonania (projekt umowy - załącznik nr 5).	<i>Wyjaśnienie: Okres udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Oferent w Formularzu Ofertowym wskazuje ile miesięcy gwarancji oferuje na przedmiot zamówienia.</i>
10	<u>dotyczy załącznika nr 3 do Formularza ofertowego: , zapytanie nr 5/2021/0039 zakres oferty, lp. 71: Rysunek, schemat P&ID, projekt wstępny</u> <i>Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pojęcia : projekt wstępny.</i>	<i>Wyjaśnienie: projekt wstępny dotyczy ustawienia urządzenia, wskazanie strefy serwisowej oraz miejsca wprowadzenia mediów i wyjścia kanalizacji.</i>
11	Prosimy o potwierdzenie: zapytanie nr. 5 (2 sterylizatory o poj. 800 L) czy mają mieć wbudowaną własną wytwornicę pary?	<i>Wyjaśnienie: Nie. Para czysta pochodzić będzie z instalacji centralnej.</i>
12	Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada instalację sprężonego powietrza wydajną na tyle, aby zapewnić wydajną pracę dwóch sterylizatorów o pojemności 800 L a także jednego o pojemności 400 L? Jeżeli nie, to czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia sprężarek, które będzie w stanie obsłużyć dwa 800-litrowe sterylizatory w zakresie niezbędnym dla podtrzymania ciśnienia w komorach tych sterylizatorów. Jeśli Zamawiający nie posiada wystarczająco wydajnej instalacji sprężonego powietrza, to prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje w ramach dostawy jednej sprężarki dla wszystkich sterylizatorów czy też oddzielnie dla każdego urządzenia?	<i>Wyjaśnienie: Tak, mamy instalację sprężonego powietrza. Wydajność sprężarki, będzie określona po wyborze urządzeń do budynku. Przewidywana klasa powietrza wg ISO 8573 to 1-2-1.</i>
13	W związku z udzielonymi już odpowiedziami Zamawiający zamierza chłodzić sterylizatory wodą lodową o temp. 6°C. Rozwiązanie to zapewnia największą efektywność procesu. Jednakże jako producent sterylizatorów zwracamy uwagę, że schładzanie komory nagrzonej do 136 °C wodą o temperaturze 6 °C powodować będzie olbrzymie naprężenia, które skutkować mogą niższą wytrzymałością komór	<i>Wyjaśnienie: koncepcja ostateczna i projekt układu chłodzenia będzie opracowany po wybraniu dostawcy i precyzyjnym określeniu wymagań chłodzenia wybranego sterylizatora.</i>



	sterylizatorów oraz innych podzespołów. Czy Zamawiający przewidział lub akceptuje ewentualnie inne rozwiązanie chłodzenia sterylizatorów?	
--	---	--

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego