

Lublin, 03.12.2021r.

KOMUNIKAT NR 5

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-14275-77717) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji – 1 sztuka, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, **niniejszym publikujemy komunikat nr 5 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	<p><u>Dot. Istotne Warunki Zamówienia, Zapytanie ofertowe:</u></p> <p>Prosimy o wykreślenie zapisu o urządzeniu zastępczym, t.j.: „z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostarczenia zastępczego urządzenia” <i>Uzasadnienie: Specyfika zamówienia wyklucza dostarczenie urządzenia zastępczego, które bez kwalifikacji nie mogłoby być używane.</i></p>	<p><i>Wyjaśnienie: Potwierdzamy, że zapis nie znajdzie się w treści Umowy.</i></p>
2	<p><u>Dot. Zapytanie ofertowe, pkt. 6</u></p> <p>Czy Zmawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację punktu: DODATKOWE WYMAGANIA STANOWIĄCE RÓWNOLEGLE KRYTERIA OCENY OFERT: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – max 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia usterki (w dni robocze w godzinach 8-16). Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe dłuższy niż 12 godzin będzie skutkowało odrzuceniem oferty, a tym</p>	<p><i>Wyjaśnienie: Zapis pozostaje bez mian.</i></p>



<p>samym nie dopuszczeniem jej do etapu oceny (warunek dopuszczający). Poprzez reakcję na zgłoszenie serwisowe należy rozumieć podjęcie działań naprawczych (rozpoczęcie diagnozy i plan działania).</p>	
--	--

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,  
Zespół Zamawiającego