

Lublin, 10.03.2022r.

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-95249) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej myjni automatycznej – 1 komplet, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, **niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Proszę o sprecyzowanie czy wymagacie Państwo jedno bądź dwudrzwiowego rozwiązania?	Wymagane urządzenie jednodrzwiowe.
2	Proszę o przesłanie layoutu pomieszczenia, gdzie winna być zainstalowana myjka.	Layout jest niedostępny. Dla myjni automatycznej przewidziano miejsce o maksymalnym wymiarze: szerokość x głębokość 200 cm x 95 cm. Urządzenie wolnostojące powinno być dosunięte "plecami" do ściany.

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego