

Lublin, 25.03.2022r.

Komunikat nr 5

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-95249) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowej myjni automatycznej – 1 komplet, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, **niniejszym publikujemy komunikat nr 5 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do 4 kwietnia 2022. Udzielone wyjaśnienia, szczególnie dotyczące mytych elementów, wymagają szczegółowej analizy wózków i stelaży wsadowych. Ponadto analiza wymagań SWU oraz udostępnionych dzisiaj istotnych warunków zamówienia i przygotowanie rzetelnej dokumentacji potwierdzającej zaoferowane parametry, wymaga m.in. konsultacji i przygotowania dokumentów przez fabrykę, na co potrzebne jest więcej czasu niż w przypadku standardowych rozwiązań.	Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.
2	Dot. nr SWU 5.2: W odpowiedzi na udzielone wyjaśnienia, prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia o głębokości nieznacznie przekraczającą dopuszczoną w ostatnich wyjaśnieniach i wynoszącą: 1076 mm, ale umożliwiającego transport (demontażu osłon) przez drzwi o szerokości 990 mm. <i>Uzasadnienie: Jest to najmniejsza głębokość, jaką możemy uzyskać przy zadanej objętości komory oraz planowanym załadunkiem.</i>	Zamawiający nie może wyrazić zgody na głębokość urządzenia powyżej 99 cm.
3	Dot. nr SWU 5.28:	Zamawiający wymaga dwóch wózków



<p>Komora oferowanej przez nas Myjni wyposażona jest w 2 niezależne wloty wody do komory, które zasilają dwupoziomowy wózek wsadowy, wyposażony w 2 stelaże, z których każdy dopasowany jest indywidualnie do mytych elementów. Projekt i konfiguracja wózka zostaną ustalone podczas rozmów technicznych o których mowa w wyjaśnieniach. Zapewnia to dużą uniwersalność i wydajność, zajmując mniej miejsca przed Myjnią.</p> <p>Czy zamawiający dopuszcza, aby w takim wypadku zaoferowany był jeden wózek wsadowy dwupoziomowy (wyposażony w 2 niezależne stelaże na myte elementy) + 1 wózek transportowy?</p>	<p>wsadowych i dwóch wózków transportowych.</p>
--	---

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego