

Lublin, 07.06.2022r.

Komunikat nr 1

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-111125) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety , który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, **niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Dotyczy pkt. 6.8.11. Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną posiadającą oświetlenie przestrzeni roboczej o intensywności 1418 lux bez regulacji natężenia?	Zamawiający dopuści komorę z intensywnością oświetlenia 1418 lux bez regulacji natężenia.
2	Dotyczy pkt. 6.9.3. Czy dopuszcza się zmianę zapisu: " Menu w języku polskim" na "Menu w języku angielskim z możliwością późniejszej aktualizacji oprogramowania do języka polskiego"?	Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszej aktualizacji oprogramowania do języka polskiego. Aktualizacja oprogramowania powinna być ujęta w oferowanej cenie urządzeń.
3	Dotyczy pkt. 6.9.4 Czy dopuszcza się zmianę zapisu "Obudowa łatwa do czyszczenia wykonana ze stali w standardzie farmaceutycznym, wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne." na "Obudowa łatwa do czyszczenia wykonana w standardzie farmaceutycznym, wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne"?	Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: "Obudowa łatwa do czyszczenia, wykonana w standardzie farmaceutycznym oraz wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne."

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.



Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego