

Lublin, 20.06.2022r.

Komunikat nr 2

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-111125) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety , który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, **niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający dopuści komory o wysokości przestrzeni roboczej wynoszącej 70 cm w części frontowej urządzenia, obniżającej się stopniowo do 64 cm w tylnej części przestrzeni roboczej zapewniając ergonomię oraz bezpieczeństwo pracy na najwyższym poziomie oraz możliwość bezproblemowego umieszczania wyższych przedmiotów wewnątrz komory?	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia ze wskazanymi wymiarami.
2	Czy Zamawiający zgodzi się na komorę sterowaną mikroprocesorowo z nowoczesnym czytelnym ekranem dotykowym wyświetlającym kluczowe parametry pracy, w tym prędkość /natężenie przepływu powietrza, stopień zużycia filtrów, tryb pracy, status szyby frontowej, wilgotność, temperaturę z kolorystycznym oznaczeniem stanu parametrów bezpieczny / niebezpieczny z systemem zarządzania użytkownikami lecz eksportem danych dotyczących wyłącznie pomiaru cząstek z poziomu licznika cząstek poprzez USB lub Ethernet?	Zamawiający dopuszcza brak możliwości rejestracji i eksportu danych z komory, wymagając możliwości eksportu danych z poziomu licznika cząstek poprzez USB lub Ethernet.



3	Czy Zamawiający dopuści komorę z funkcją załączania lampy UV z jednoczesną blokadą funkcji, pozostawiając przy tym aktywne gniazdko o ile zostało załączone przed uruchomieniem lampy UV? Takie rozwiązanie zwiększa funkcjonalność urządzenia zapewniając w razie potrzeby możliwość zasilania niezbędnych akcesoriów w trakcie dekontaminacji blokując przy tym niepowołany dostęp do wnętrza komory podczas naświetlania.	Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.
4	Czy poprzez "porty dostępu" Zamawiający rozumie zaślepiane otwory przepustowe do przeprowadzenia przewodów zewnętrznych urządzeń? Prosimy o rozwinięcie opisu dla zapewnienia rozwiązania zgodnego z oczekiwaniami.	Zamawiający wymaga portów dostępu do przeprowadzenia okablowania/orurowania zewnętrznych urządzeń. Porty powinny zapewnić możliwie jak największą szczelność połączenia zarówno gdy nie są używane a także wtedy kiedy okablowanie/media są przeprowadzane za ich pomocą. Wymagane wykonanie z wkładką uszczelniającą.
5	Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu dotyczącego licznika cząstek: "Obudowa łatwa do czyszczenia wykonana ze stali w standardzie farmaceutycznym, wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne." na "Obudowa łatwa do czyszczenia wykonana w standardzie farmaceutycznym, wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne."?	Potwierdzenie dopuszczenia takiej wersji znajduje się we wcześniejszym komunikacie do zapytania ofertowego.
6	Czy Zamawiający zaakceptuje licznik cząstek nowej generacji zapewniający zgodność z wymogami 21 CFR część 11, kontrolą z poziomu czytelnego ekranu dotykowego oraz opcją zdalnego zarządzania pomiarami lecz posiadającego menu w języku angielskim z aktualizacją do języka polskiego przy najbliższej aktualizacji?	Potwierdzenie dopuszczenia takiej wersji znajduje się we wcześniejszym komunikacie do zapytania ofertowego.

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego