

Lublin, 23.06.2022r.

### Komunikat nr 3

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-111125) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety , który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „*Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG*” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, **niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy dopuszczą Państwo komorę laminarną o wysokości przestrzeni roboczej 655 mm?	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia ze wskazaną wysokością.
2	Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w powyższym postępowaniu.	Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,  
Zespół Zamawiającego