

Lublin, 19.10.2022 r.

Komunikat nr 2

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-126947) dotyczącym zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depirogenizacją – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, **niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy wartość oferty podana w EURO będzie płatna przez „Biomed Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w EURO (faktura musi być wystawiona w EURO) ? Czy po przeliczeniu , gdzie zostanie zastosowany kurs EURO wykorzystywany do przeliczeń wartości zamówień obowiązujący od 1 stycznia 2022 na mocy Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 , gdzie kurs wynosi 4,4536 PLN/EUR płatna będzie w PLN (faktura musi być wystawiona w PLN) ?	Wskazany w zapytaniu ofertowym kurs euro będzie służył do przeliczeń wartości oferty podanej w EURO na PLN w celu porównania złożonych ofert. Dopuszczamy podpisanie kontraktu na dostawę przedmiotu zamówienia w EURO. Akceptujemy faktury wystawiane w EURO. Płatność takich faktur będzie w EURO.
2	Dotyczy: Matryca Śledzenia oraz Zapytanie ofertowe str.6 „Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu” Pytanie: Czy przeglądy serwisowe w okresie całego udzielonego okresu gwarancji mają zawierać materiały eksploatacyjne ? (podwyższa to znacznie cenę oferowanego urządzenia). W matrycy śledzenia Poz.72 pkt.9.7 zapis brzmi – „W okresie gwarancji wymagane przeglądy serwisowe zgodnie w wymogami producenta, w zakresie dostawy bez materiałów eksploatacyjnych”.	Podtrzymujemy zapis z URS 9.7. "(...)W okresie gwarancji-wymagane przeglądy serwisowe zgodnie w wymogami producenta, w zakresie dostawy bez materiałów eksploatacyjnych."



Niniejszy komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego