

Lublin, 28.12.2022r.

Komunikat nr 1

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-136682) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych Inkubatorów do PST – 2 sztuki, który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, **niniejszym publikujemy pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia.**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	dot. pkt. 5.1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 1040 [mm]?	TAK. Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 1040 [mm].
2	dot. pkt. 5.16. Czy zamiast CFR Zamawiający dopuszcza rejestrację danych w formacie plk. w postaci nieedytowalnej oraz dopuszcza urządzenie z hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym dostępem do programów, a tym samym zmiany ich parametrów?	TAK. Zamawiający dopuszcza rejestrację danych w formacie plk. w postaci nieedytowalnej oraz dopuszcza urządzenie z hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym dostępem do programów, a tym samym zmiany ich parametrów.
3	dot. pkt. 5.21. Czy Zamawiająca dopuszcza port do prowadzenia procesów walidacyjnych (TC) średnica wewnętrzna 61 mm średnica zewnętrzna kołnierza 85 mm ?	TAK. Zamawiająca dopuszcza port do prowadzenia procesów walidacyjnych (TC) średnica wewnętrzna 61 mm średnica zewnętrzna kołnierza 85 mm.
4	dot. pkt. 9.9. W związku z tym, że oferta ma uwzględniać transport i m.in. wniesienie urządzeń do pomieszczenia/pomieszczeń docelowych proszę o informację nt. lokalizacji pomieszczenia/pomieszczeń docelowych tj. piętro, czy jest dostępna winda (jeżeli tak, to proszę o podanie wymiarów windy), czy występują progi, jeżeli tak to jakiej wysokości, jaka jest szerokość	Pomieszczenie docelowe dla inkubatorów znajduje się na poziomie parteru, nie będą występowały progi. Szerokość drzwi i korytarzy do pomieszczenia docelowego przekracza wymiar 90 cm.



	drzwi, jaka jest szerokość korytarza na całej drodze do pomieszczenia/pomieszczeń docelowych.	
5	pkt. 7 w zapytaniu ofertowym W związku z tym, że firma nie pracuje w trybie ciągłym czy Zamawiający zgodzi się na zmianę czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe na maks. 24 godziny liczone od momentu zgłoszenia usterki (dni robocze)?	NIE. Zamawiający nie zgadza się na zwiększenie maksymalnego czasu reakcji serwisu na 24 godziny. Czas reakcji serwisu na usterkę nie może być dłuższy niż 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia usterki (w dni robocze).

Niniejszy komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego