

Lublin, 18.05.2023 r.

### Komunikat nr 1

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2023-14275-157517) dotyczącym zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych inkubatorów do SPD – 3 sztuki, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, **niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<b>Dotyczy pkt. 5.2 SWU</b> Jakie są wymiary pudełek zbiorczych z tworzywa? Potrzebujemy tej informacji do sprawdzenia ilości pudełek jaka zmieści się w inkubatorze.	Wymiary pudełka: szerokość - 26 cm długość -38 cm wysokość -4 cm
2.	<b>Dotyczy pkt. 5.9 SWU</b> Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie pracy od 0 st.C do +70 st.C (maksymalnie 20 st.C poniżej temperatury otoczenia)?	TAK zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie pracy od 0 st.C do +70 st.C (maksymalnie 20 st.C poniżej temperatury otoczenia).
3.	<b>Dotyczy pkt. 5.16 SWU</b> Czy Zamawiający dopuszcza rejestrację danych w formacie plk. w postaci nieedytowalnej oraz dopuszcza urządzenie z hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym dostępem do programów, a tym samym zmiany ich parametrów?	TAK Zamawiający dopuszcza rejestrację danych w formacie plk. w postaci nieedytowalnej oraz dopuszcza urządzenie z hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym dostępem do programów, a tym samym zmiany ich parametrów.
4.	<b>Dotyczy pkt. 5.21 SWU</b> Czy Zamawiający dopuszcza otwór walidacyjny o średnicy zewnętrznej 85 mm i średnicy wewnętrznej 61 mm?	TAK Zamawiający dopuszcza otwór walidacyjny o średnicy zewnętrznej 85 mm i średnicy wewnętrznej 61 mm.



<p><b>5.</b></p>	<p><b>Dotyczy pkt. 7.4 SWU</b> Dla elementów mających pośredni lub bezpośredni kontakt z produktem (stal, uszczelki silikonowe, korki silikonowe) nie ma dostępnych certyfikatów dotyczących emisji cząstek. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza oświadczenie o tym, że urządzenia produkcji (...) są używane w warunkach kl A/B i jako producent nie odnotowaliśmy uwag dotyczących emisji cząstek negatywnie wpływających na warunki w pomieszczeniu?</p>	<p>TAK Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Dotyczy pkt. 9.9 SWU</b> W związku z tym, że oferta ma uwzględniać transport i m.in. wniesienie urządzeń do pomieszczenia/pomieszczeń docelowych proszę o informację nt. lokalizacji pomieszczenia/pomieszczeń docelowych tj. piętro, czy jest dostępna winda (jeżeli tak, to proszę o podanie wymiarów windy), czy występują progi, jeżeli tak to jakiej wysokości, jaka jest szerokość drzwi, jaka jest szerokość korytarza na całej drodze do pomieszczenia/pomieszczeń docelowych.</p>	<p>Zamawiający informuje, że urządzenia będą wprowadzane do pomieszczeń na poziomie parteru. Progi nie występują. Szerokość drzwi, szerokość korytarza na całej drodze do pomieszczeń docelowych będzie przekraczała wymiary zewnętrzne urządzeń. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez dostawcę.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Dotyczy Zapytania Ofertowego</b> W związku z tym, że firma (...) nie pracuje w trybie ciągłym czy Zamawiający zgodzi się na zmianę czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe na maks. 24 godziny liczone od momentu zgłoszenia usterki (dni robocze)?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe na maks. 24 godziny liczone od momentu zgłoszenia usterki.</p>

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,  
Zespół Zamawiającego